

SPITAL JUDEȚEAN DE URGENTĂ MIERCUREA-CIUC
Intrat la <u>Ad. 8338</u>
Data <u>08.09.2016</u>

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de

MINIDOPPLER VASCULAR CU MOD CONTINUU (CWD) CU TRANSDUCER DE 5 SI 8 MHZ

1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:

-Fiabilitate , rezistenta , durata lunga de exploatare

2. DETALIEREA PRODUSULUI SOLICITAT:

- Mini doppler vascular cu CWD cu mod continuu - este compus dintr-un aparat de mica dimensiune la care se ataseaza 2 sonde (transducere) cu 5 respectiv 8 MHz , functioneaza cu 2 baterii de 3 Volti. Nu necesita consumabile sau alte accesorii pentru functionare decat gel de ultrasonografie si baterii. Aparatul este deosebit de util pentru depistarea si urmarirea arteriopatiilor periferice si unor boli venoase periferice . Transducerul atins de suprafata cutanata pe care s-a pus gel de ultrasonografie receptioneaza semnalele US prin deplasarea sangelui in vase . Aceste semnale sunt transferate in semnale sonore de aparat. Aparatul este folosit impreuna cu un tensiometru uzual , astfel se poate masura presiunea vaselor periferice.

Tramsducerul (sonda) de 5 MHz se foloseste pentru vasele mai profunde, iar cel de 8MHz pentru vasele mai superficiale

3. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:

Sa corespunda standardelor aparaturii respectiv garantat de firma producatoare si in certificatul de garantie

4.PREȚUL PRODUSELOR:

Prețul produselor se va consemna în propunerea financiară și va fi exprimat în lei fără TVA/ pe cantitatea estimativă maximă a lotului, respectând în totalitate cerințele minimale prevăzute în descrierea lotului. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii acordului cadru/contractului subsecvent de furnizare se constată faptul, că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. În cazul în care ofertantul este câștigător, nicio plângere de schimbare a valorii ofertei nu va fi luată în considerare pe motivul unei erori sau omisiuni în obligațiile ofertantului.

5.CONDIȚII DE LIVRARE:

Livrarea se va face la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László nr. 2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, cod poștal, 530164, pe cheltuiala furnizorului în maxim 30 zile alendaristice de la primirea comenzii. Produsele livrate vor fi predate pe baza unui Aviz de însoțire a mărfii, sau alt document de predare-primire pentru verificarea și recepția cantitativă și calitativă a acestora. Factura se va emite pe baza procesului verbal de predare-primire calitativă.

6.CONDIȚII DE PLATĂ :

Plata se va face prin ordin de plată emis către Trezorerie și transmis în 60 zile de la data înregistrării facturii.

7. TERMEN DE GARANȚIE :

Garanție tehnică - minim 5 ani garantat de producător prin ofertant conform legislației în vigoare.

Garanție produs : 5 ani.

În perioada garanției remedierea defecțiunilor se realizează termenul de intervenție: de 18 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

8. DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE LA LIVRARE:

- Aviz de însoțire a mărfii /Proces verbal de predare primire
- Certificate de calitate și garanție
- Fișă tehnică
- Orice alte documente considerate a fi relevante în procesul de utilizare al truselor.

9. ALTE CERINȚE :

Întocmit, Dr. Borsa Stefan , medic pr. , sef sectie

Dr. BORSA ȘTEFAN
medic primar specialist
dermatovenerologie și cosmetolog
Cod 371966