



Harghita Megye Tanácsa
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Consiliul Județean Harghita
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA MIERCUREA CIUC

530173 Miercurea - Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2
Tel: +40-266-324193, Fax: +40-266-372137
secretariat@spitalmciuc.ro
www.spitalmciuc.ro / www.korhaz.ro

fh. / 09. 2016

00 8321
08 09 2016

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de **APARAT PT. DISTILAREA APEI**

1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:

- capacitate de distilare /debit: 4 L/ora
- distilator apa fabricat din sticla borosilicata
- elemente de incalzire din otel inoxidabil, protejat la supratemperatura cu termostat de siguranta
- conductivitate 3,3microS/cm
- dimensiune aproximativa :HxWxD-57x25x37cm
- putere de incalzire-3000 W
- alimentare-220V/230 V ;50/60Hz
- obtinerea de apa distilata de inalta puritate fara piogeni si conductivitate scazuta
- sa fie disponibile piese de schimb pe o perioada minim 10 ani de la livrarare si punere in functiune
- sa fie respectate specificatiile tehnice
- greutate maxima: 11kg

2. DETALIEREA PRODUSULUI SOLICITAT:

- Produce apa distilata de inalta puritate fara piogeni si conductivitate scazuta
- Este necesar pentru prepararea solutiilor ,coloranti, la tehnica coloratiilor histologice si citologice, clatirea sticlariei

3. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:

- Sa aiba certificat ISO
- Sa aiba certificat CE

4. PREȚUL PRODUSELOR:

Prețul produselor se va consemna în propunerea financiară și va fi exprimat în lei fără TVA/ pe cantitatea estimativă maximă a lotului, respectând în totalitate cerințele minimale prevăzute în descrierea lotului. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii acordului cadru/contractului subsecvent de furnizare se constată faptul, că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. În cazul în care ofertantul este câștigător, nicio plângere de schimbare a valorii ofertei nu va fi luată în considerare pe motivul unei erori sau omisiuni în obligațiile ofertantului.

5. CONDIȚII DE LIVRARE:

-Livrarea se va face la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László nr. 2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, cod poștal, 530164, pe cheltuiala furnizorului în maxim 30 zile calendaristice de la primirea comenzii. Produsele livrate vor fi predate pe baza unui Aviz de însoțire a mărfii, sau alt document de predare-primire pentru verificarea și recepția cantitativă și calitativă a acestora. Factura se va emite pe baza procesului verbal de predare-primire calitativă.

6. CONDIȚII DE PLATĂ :

Plata se va face prin ordin de plată emis către Trezorerie și transmis în 60 zile de la data înregistrării facturii.

7. TERMEN DE GARANȚIE :

Garanție tehnică - minim 10 ani garantat de producător prin ofertant conform legislației în vigoare.

Garanție produs : 24 luni

În perioada garanției remedierea defecțiunilor se realizează de firma furnizoare în termenul de intervenție: de 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor

8. DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE LA LIVRARE:

- Aviz de însoțire a mărfii /Proces verbal de predare primire
- Certificate de calitate și garanție
- Fișa tehnică
- Orice alte documente considerate a fi relevante în procesul de utilizare al truselor.
- Manual de operare inclusiv în limba română

9. ALTE CERINȚE :

- Punerea în funcțiune și instruirea personalului va fi asigurată de furnizor fără taxă suplimentară
- Menținerea produsului achiziționat va fi asigurată de furnizor fără alte costuri suplimentare

Întocmit,

Dr. Iuresuk Olga

Dr. IURESUK OLGA
medic primar
anatomie patologică
Cod: 747250

Miercurea –Ciuc, la 07.09.2016